

## Relevante Änderungen Spezifikation zum Verfahrensjahr 2021

### Herzschrittmacherimplantation (09/1)

QS-Verfahren	Herzschrittmacherimplantation = (09/1) = Modul Herzschrittmacherimplantation im QS-Verfahren 12 (Versorgung mit Herzschrittmachern und implantierbaren Defibrillatoren, QS HSMDEF)
Einschluss-/ Ausschlusskriterien	Keine Änderung
Kriterien Minimaldatensatz	Keine Änderung
Dokumentationsbogen	Folgende Felder werden neu eingeführt: - Sonde am HIS-Bündel implantiert (Feld 43)
Ausfüllhinweise	<p><b>Ergänzungen im Feld 19: Führende Indikation HSM-Implantation</b> Ist die führende Indikation zur Schrittmacherimplantation ein AV-Block nach einer geplanten oder durchgeführten Ablation des AV-Knotens bzw. des HIS-Bündels, ist hier AV-Block als führende Indikation zu dokumentieren. Dies gilt auch, wenn der Schrittmacher noch vor der Ablation implantiert wird.</p> <p>Ein AV-Block I. Grades als führende Indikation zur Schrittmacherimplantation ist eine rein hämodynamische Indikation zur Stimulation bei langer PQ-Zeit und Symptomen, die einem Schrittmachersyndrom ähneln (wie Symptome einer Vorhoffropfung).</p> <p>Paroxysmales/persistierendes Vorhofflimmern, d.h. Vorhofflimmern in der Anamnese oder intraoperativ ist nicht unter "Bradykardie bei permanentem Vorhofflimmern" sondern unter "Sinusknotensyndrom (SSS) inklusive BTS (bei paroxysmalem/persistierendem Vorhofflimmern)" zu dokumentieren.</p> <p>„Kardiale Resynchronisationstherapie“ ist anzugeben bei Patientinnen und Patienten mit CRT-P-Implantation,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die keine Bradykardie und somit keine konventionelle Schrittmacherindikation aufweisen</li> <li>• oder bei denen ein Upgrade von einem konventionellen Schrittmachersystem auf ein CRT-P-System durchgeführt wird.</li> </ul>

	<p>Handelt es sich um eine De-novo-Implantation des CRT-P-Systems bei vorhandener bradykarder Rhythmusstörung ist die zugrundeliegende Rhythmusstörung bzw. Erkrankung (= primäre Schrittmacherindikation) anzugeben.</p> <p>Zu den Schlüsseln "Zustand nach herzchirurgischem Eingriff" und "Zustand nach Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI)": Hierbei sind auch Operationen zu berücksichtigen, die unmittelbar vor der Schrittmacher-Implantation stattfanden (ggf. während desselben stationären Aufenthalts).</p> <p><b>Ergänzungen im Feld 52/53 :Sonden- bzw. Systemdislokation /-dysfunktion im Ventrikel</b> Dislokation/Dysfunktion einer HIS-Bündel-Sonde bitte unter "rechter Ventrikel" eintragen.</p>
--	---